

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané podle zákona ČSN EN ISO/IEC 17050-1, ve znění pozdějších předpisů

SENSIT s.r.o
Školní 2610
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ 64087484

tímto prohlašuje,

že vlastnosti dále uvedených výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a jsou za podmínek správné instalace, použití a údržby pro určený účel použití bezpečné. U všech výrobků dodávaných na trh byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených technických norem.

Název výrobku: Snímače teploty se stonkem a kovovou hlavicí

Typ: K 120

Popis a použití:

Tyto odporové snímače jsou určeny pro měření teploty kapalných nebo plyných látek. Kombinací snímače a středového držáku nebo jímky, dodávaných jako příslušenství, je možné použít snímače pro měření teploty v klimatizačních kanálech nebo potrubích. Snímače jsou osazovány různými měřicími prvky pro měření teploty, jako například Pt 100, Ni 1000, KTY, SMT 160-30 apod. Snímače vyhovují stupni ochrany IP 54 podle ČSN EN 60 529. Teplotní rozsah použití snímače je – 30°C až 200°C (může být upraveno podle typu čidla teploty) a nesmí být ani krátkodobě překročen. Prodloužením délky stonku o 60 mm je možné použít snímače s určitými čidly teploty (např. Ni 1000/6180) až do teplot 250 °C. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

Výrobek, na který se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následujícími předpisy a normami:

ČSN EN 60 529, ČSN EN 61010-1, ČSN EN 60 751

Rožnov pod Radhoštěm, dne: 1.8.2011



Ing. P. Brzezina
Vedoucí technického úseku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 13728.

Tel.: +420 571-625571
Fax: +420 571-625572
E-mail: obchod@sensit.cz

Bank. spojení: KB Valašské Meziříčí
Číslo účtu: 9536620217/0100
www.sensit.cz

IČO: 64087484
DIČ: CZ64087484