

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané podle zákona ČSN EN ISO/IEC 17050-1, ve znění pozdějších předpisů

SENSIT s.r.o
Školní 2610
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ 64087484

tímto prohlašuje,

že vlastnosti dále uvedených výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a jsou za podmínek správné instalace, použití a údržby pro určený účel použití bezpečné. U všech výrobků dodávaných na trh byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených technických norem.

Název výrobku: Platinové snímače teploty do 400 °C

Typ: PTS 41, PTS 43 a PTS 45

Popis a použití:

Tyto odporové snímače jsou určeny pro měření teploty do 400 °C. Kombinací snímače a nerezového středového držáku nebo jímky, dodávaných jako příslušenství, je možné použít snímače pro měření teploty v různých aplikacích průmyslového prostředí. Snímače teploty s jímkou je možné použít jako tlakovou výstroj ve smyslu nařízení vlády č. 26/2003 Sb. v platném znění. Snímače jsou osazovány platinovými odporovými čidly teploty Pt 100, Pt 500 a Pt 1000 a vyhovují stupni ochrany IP 54 podle ČSN EN 60 529. Teplotní rozsah použití snímače je – 60°C až 400°C a nesmí být ani krátkodobě překročen. Maximální teplota v okolí hlavičky snímače je 100 °C. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní odolnost hlavičky a chemickou odolnost pouzdra a hlavičky snímače a přírodního kabelu.

Výrobek, na který se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následujícími předpisy a normami:

ČSN EN 60 529, ČSN EN 61010-1, ČSN EN 60 751

Rožnov pod Radhoštěm, dne: 1.8.2011



Ing. P. Brzezina
Vedoucí technického úseku

Společnost je zapsána v obchodní rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 13728.

Tel.: +420 571-625571
Fax: +420 571-625572
E-mail: obchod@sensit.cz

Bank. spojení: KB Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu: 9536620217/0100
www.sensit.cz

IČ: 64087484
DIČ: CZ64087484