

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle ČSN EN ISO/IEC 17050-1, v platném znění

SENSIT s.r.o
Školní 2610
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ 64087484

tímto prohlašuje,

že vlastnosti dále uvedených výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a jsou za podmínek správné instalace, použití a údržby pro určený účel použití bezpečné.

U všech výrobků uváděných na trh byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených technických norem.

Název výrobku: Platinové snímače teploty do 600 °C

Typ: PTS 641, PTS 645 stopka bez šroubení
PTS 661, PTS 665 stopka se šroubením

Popis a použití:

Tyto odporové snímače jsou určeny pro kontaktní měření teploty v rozsahu od -60 do 600 °C, přičemž maximální teplota v okolí hlavice snímače je 100 °C a nesmí být ani krátkodobě překročena. Vyhovují stupni ochrany IP 68 5bar/30min podle ČSN EN 60 529. Kombinací snímače a nerezového středového držáku nebo jímkou, dodávaných jako příslušenství, je možné použít snímače pro měření teploty v různých aplikacích průmyslového prostředí. Snímače teploty s jímkou je možné použít jako tlakovou výstroj ve smyslu nařízení vlády č. 26/2003 Sb. v platném znění. Snímače jsou osazovány platinovými odporovými čidly teploty Pt 100, a Pt 1000. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

Výrobek, na který se vztahuje toto prohlášení, je ve shodě s následujícími předpisy a normami:

ČSN EN 60 529, ČSN EN 61010-1 a ČSN IEC 751

Rožnov po Radhoštěm, dne: 1.6.2011



Ing. Petr Brzezina
Vedoucí technického úseku

Společnost je zapsána v obchodní rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 13728.

Tel.: +420 571-625571
Fax: +420 571-625572
E-mail: obchod@sensit.cz

Bank. spojení: KB Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu: 9536620217/0100
www.sensit.cz

IČ: 64087484
DIČ: CZ64087484